

Oznaczenie sprawy: ZA.271.19.2021

ZAŁĄCZNIK NR 7C do SWZ
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****dla Zadania nr 3: Zakup łóżek na pilota oraz szafek przyłóżkowych**

Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy, na zasadach opisanych w umowie, 50 kompletów łóżek na pilota z materacami oraz 50 szt. szafek przyłóżkowych z rozkładanym bocznym blatem.

Zamawiane wyposażenie musi być fabrycznie nowe, dostarczone do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, złożone i musi spełniać poniższe wymagania.

1. ŁÓŻKO NA PILOTA Z MATERACEM – 50 SZT.

L.p.	Parametry wymagane
1	Elektryczne łóżko rehabilitacyjne przeznaczone do opieki długoterminowej.
2	Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, zmywalnym, nieprzemakalnym (o gęstości pianki min. T-25 i grubości min. 12 cm)
3	Szczyty łóżka wypełnione wodoodporną płytą HPL (o grubości min. 6 mm)
4	Leże łóżka czterosegmentowe. Konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych malowanych farbą proszkową w kolorze RAL 9006
5	Rama leża wypełniona metalową siatką lakierowaną proszkowo lub metalowymi lamelami/ paskami blachy
6	Regulacja segmentu oparcia pleców i segmentu uda oraz wysokości za pomocą pilota z możliwością blokady poszczególnych pozycji leża.
7	Sekcja podudzia regulowana ręcznie systemem zapadkowym.
8	Wysięgnik z uchwytem do ręki mocowany w tulejach o obciążeniu nie mniejszym niż 80 kg
9	Metalowe barierki boczne – składane wzdłuż ramy leża o długości $\frac{3}{4}$ długości leża.
10	Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 2100 mm – 2180 mm - szerokość całkowita: 1000 mm, (+/- 25 mm)

11	Wymiary leża: - szerokość: 900 mm, (+/- 10 mm) - długość: 2100 mm, (+/- 10 mm)
12	Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: 400 mm – 800 mm
13	Regulacja segmentu oparcia pleców, w zakresie: 0-70 °, (+/- 5°)
14	Regulacja segmentu oparcia uda: 0-40 °, (+/- 5°)
15	Podstawa łóżka jezdna wyposażona w cztery koła o średnicy min. 100 mm z blokadą jazdy.
16	Minimalne obciążenie robocze 175 kg
17	Zasilanie sieciowe 230V 50/60 Hz

2. SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z ROZKŁADANYM BOCZNYM BLATEM – 50 SZT.

L.p.	Parametry wymagane
1	Konstrukcja/ korpus szafki drewniany
2	Szuflada i drzwiczki otwierane dwustronnie
3	Błat roboczy z płyty meblowej
4	Regulowana wysokość i kąt pochylenia blatu roboczego
5	Płynna regulacja wysokości blatu roboczego w zakresie 70,0 – 100,0 cm (+/- 2 cm)
6	Regulacja pochylenia blatu roboczego w zakresie 0-45 ° (+/- 2°)
7	4 koła jezdne w tym 2 koła z blokadą
8	Wymiary min: (+/- 2 cm) - wysokość 86 cm - głębokość 45 cm - szerokość 52 cm
9	Bezpieczne obciążenie robocze wysuwanej półki min. 6 kg